Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico

Item

11673

Sinônimos

Monitor Multiparamétrico para Centro Cirúrgico, Monitor de Sinais Vitais para Centro Cirúrgico

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgic para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI), Oximetria (SPO2), Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2), Agentes Anestésicos e Índice de Sedação Anestésica (BIS), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 34.800,00

Parâmetros básicos|tipo e tamanho do monitor|PI|ETCO2|agentes anestésicos|índice sedação anestésica:ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP|mista ou modular de 10 a 12pol|com PI|com EtCO2|sem agentes anest.|não possui

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação.
As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

Parâmetros básicos/tipo e tamanho do monitor/PI/ETCO2/agentes anestésicos/índice sedação anestésica:

Opção 1: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./não possui;

Opção 2: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/com agentes anest./não possui.
Opção 3: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./possui;
Opção 4: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/com agentes anest./ possui;
Opção 5: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./não possui;
Opção 6: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com EtCO2/com agentes anest./não possui;
Opção 7: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./possui;
Opção 8: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/mista ou modular de 13" a 20"/com PI/com EtCO2/com agentes anest./ possui;
Opção 9: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/pré configurado de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./não possui;
Opção 10: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/com agentes anest./não possui;
Opção 11: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 10" a 12"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./possui;
Opção 12: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 10" a 12'/com PI/com EtCO2/com agentes anest./ possui;
Opção 13: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13" a 20"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./não possui;
Opção 14: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13"a 20"/com PI/com EtCO2/com agentes anest./não possui
Opção 15: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13" a 20"/com PI/com EtCO2/sem agentes anest./possui; e
Opção 16: ECG,RESP,SPO2,PNI,TEMP/ pré configurado de 13"a 20"/com PI/com EtCO2/com agentes anest./ possui.

Para o processo licitatório, o proponente/convenente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	http://www.alfamed.com	(31)36816388
DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI	http://diversamed.com.br/	(62)985913635
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.draeger.com	(11)46894900
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	http://www.instramed.com.br	(51)30738228
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**